

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000310 del 03/03/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N.36 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI OCCORRENTI ALLA SC RADIOLOGIA DEL PRESIDIO CIVILE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. CUP H34E25000100002 - CIG BA084EA3AF (SPESA € 135.988,01 IVA INCLUSA).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Ferrando Stefania**

Data 25/02/2026

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Ferrando Stefania**

Data 25/02/2026

Il Direttore Contabilità e Patrimonio: **Legora Delfina**

Data 27/02/2026

Proposta: 0000294 del 25/02/2026

Hash proposta: d3e30efdf7e17765198b97fbc8e4cca13fa80c049ae48b7070ca7c2d950101bc



STRUTTURA: Processi amministrativi generali e di approvvigionamento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N.36 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI OCCORRENTI ALLA SC RADIOLOGIA DEL PRESIDIO CIVILE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. CUP H34E25000100002 - CIG BA084EA3AF (SPESA € 135.988,01 IVA INCLUSA).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Stefania Ferrando

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 31/03/2023 n.36 e s.m.i. "*Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., approvato con deliberazione n.526 del 24/11/2023, così come modificato con deliberazione n.109 del 06/03/2024 e n.403 del 25/07/2025

PREMESSO CHE:

- in data 23/07/2025 l'UVT aziendale definiva prioritaria la sostituzione di n.3 ecografi in uso presso la SC Radiologia per obsolescenza, non upgradabili, con immagini molto spesso non diagnostiche, e sonde usurate;
- il Comitato budget nella seduta del 16/01/2026 ne autorizzava l'acquisizione mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'Istanza di ammissione al FSC presentata dall'AOU AL con prot. n. 24786 del 01.10.25 ed ammesso al finanziamento FSC con DD 879/A1400B/2025 del 23.12.2025.

VISTA la relazione del Dirigente Responsabile della SS Ingegneria Clinica, con la quale veniva indicato che la sostituzione di tali ecografi Toshiba (Canon) modello Aplio 400, con ecografi Canon modello Aplio a, di fascia analoga, consentirebbe di mantenere in uso le sonde attuali, in

quanto ne viene garantita la compatibilità con i nuovi ecografi, e le stesse troverebbero impiego come sonde di scorta (necessarie a garantire la continuità di servizio) e come sonde alternative in caso di necessità; tali sonde, in parte integrate nel corso degli anni, risultano ancora funzionanti e potranno essere utilizzate per almeno altri 5 anni.

RILEVATO che in ragione del valore della fornitura prevista, inferiore all'importo di € 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

DATO ATTO CHE risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in quanto l'operatore economico suddetto non risulta affidatario del precedente contratto nell'ambito dello stesso settore merceologico.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".

VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) e di piattaforme di approvvigionamento digitale.

DATO ATTO CHE tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, con ID n. 213098861 in data 21/01/2026 veniva trasmessa la richiesta di offerta alla ditta Canon Medical Systems srl, per la fornitura sotto riportata, nella configurazione necessaria a soddisfare le esigenze del reparto interessato:

N.2 ECOGRAFI CANON modello Aplio a, v. 6., con la seguente dotazione:

- PVT-475BT (Slim convex transducer)
- PLT-705BT (Linear Vascular Transducer)
- PLT-1005BT (Linear transducer)
- PST-25BT (Cardiac Sector / TCD)
- USHI-AA550A/EL (CHI package)
- USPS-AA000A/EL (PROBE 4PORT KIT)
- USAO-AA000A/EL (ADVANCED SOFTWARE KIT)
- UZRI-AI900A (B/W video printer mount for UP-D898MD)

- UP-D898MD (Sony BW printer)

N.1 ECOGRAFO CANON modello Aplio a, v. 6., con la seguente dotazione:

- PVT-475BT (Slim convex transducer)
- PLT-705BT (Linear Vascular Transducer)
- PLT-1005BT (Linear transducer)
- PLT-1204BT (High frequency linear)
- PVT-781VTE (Endocavity transducer (long type))
- USHI-AA550A/EL (CHI package)
- USPS-AA000A/EL (PROBE 4PORT KIT)
- USAO-AA000A/EL (ADVANCED SOFTWARE KIT)
- UZRI-AI900A (B/W video printer mount for UP-D898MD)
- UP-D898MD (Sony BW printer)

Fornitura comprensiva di installazione, collaudo e assistenza tecnica full risk, per il periodo di 24 mesi dalla data del collaudo.

VISTA l'offerta n.IT260127.102052 in data 27/01/2026, formulata dalla ditta Canon Medical Systems srl, che prevede un importo complessivo della fornitura di € 133.130,21 IVA 5% esclusa (oneri per la sicurezza da interferenza esclusi, pari a € 160,00 IVA 22% esclusa).

VERIFICATA la congruità dei prezzi applicati, mediante confronto con i prezzi di acquisti analoghi effettuati da altre Aziende Sanitarie.

ACQUISTA l'attestazione del Direttore della Struttura interessata e del Dirigente Responsabile della SS Ingegneria Clinica circa la completezza della proposta e l'idoneità delle Certificazioni di Conformità delle apparecchiature proposte.

DATO ATTO CHE questa Stazione Appaltante ha svolto preventivamente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nonché attraverso le richieste effettuate agli Enti preposti per i documenti attualmente non ancora gestiti nell'ambito del FVOE, con conclusione in data 25/02/2026

RITENUTO pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, alla ditta suddetta, alle condizioni economiche di cui all'offerta sopra citata.

RAVVISATO CHE:

- alla presente procedura è stato assegnato il CIG BA084EA3AF, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

- la formalizzazione degli obblighi contrattuali con la ditta contraente verrà effettuata mediante ordinativo di fornitura;
- per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO di rinunciare alla richiesta della garanzia definitiva, trattandosi di prestazione di immediata esecuzione, sulla base di quanto previsto dall'art.10 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.

DATO INFINE ATTO CHE:

- per le finalità previste dall'art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall'effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale (S.C.R.).
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo per l'importo, determinato in base alla Tabella A, annessa all'allegato I.4 del decreto stesso, pari a € 40,00.

CONSIDERATO infine che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 133.290,21 IVA esclusa (di cui € 133.130,21 IVA 5% esclusa per le apparecchiature, e € 160,00 IVA 22% esclusa per gli oneri per la sicurezza da interferenza) per complessivi € 135.988,01 IVA inclusa, per l'anno in corso (2026), essendo ricompreso nell'Istanza di ammissione al FSC presentata dall'AOU AL con prot. n. 24786 del 01.10.25 ed ammesso al finanziamento FSC con DD 879/A1400B/2025 del 23.12.2025, rientra nella disponibilità dei fondi FSC ed è riconducibile al conto 1.12.04.11 "Attrezzature sanitarie".

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett b) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, in capo all'operatore economico CANON MEDICAL SYSTEMS SRL - Via Torri Bianche 6 - 20871 Vimercate (MB) – C.F. 00452440589 - P.I.V.A. 00897041000, la fornitura di ecografi occorrenti

alla SC Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, come da offerta n.IT260127.102052 in data 27/01/2026, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 133.130,21 IVA 5% esclusa (oneri per la sicurezza da interferenza esclusi, pari a € 160,00 IVA 22% esclusa) - CUP H34E25000100002:

Fornitura comprensiva di installazione, collaudo e assistenza tecnica full risk, per il periodo di 24 mesi dalla data del collaudo.

2. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata mediante ordinativo di fornitura;
3. di definire che ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo per l'importo, determinato in base alla Tabella A, annessa all'allegato I.4 del decreto stesso, pari a € 40,00;
4. di evidenziare che alla presente procedura è stato assegnato il CIG BA084EA3AF, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
5. di precisare, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate da centrali di committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
6. di rinunciare alla richiesta della garanzia definitiva, trattandosi di prestazione di immediata esecuzione, sulla base di quanto previsto dall'art.10 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.;
7. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 133.290,21 IVA esclusa (di cui € 133.130,21 IVA 5% esclusa per le apparecchiature, e € 160,00 IVA 22% esclusa per gli oneri per la sicurezza da interferenza) per complessivi € 135.988,01 IVA inclusa, per l'anno in corso (2026), essendo ricompreso nell'Istanza di ammissione al FSC presentata dall'AOU AL con prot. n. 24786 del 01.10.25 ed ammesso al finanziamento FSC con DD 879/A1400B/2025 del 23.12.2025, rientra nella disponibilità dei fondi FSC ed è riconducibile al conto 1.12.04.11 "Attrezzature sanitarie";
8. di nominare, in considerazione della specificità dell'appalto per il quale è richiesta competenza per l'attività di controllo, nonché di collaudo della fornitura e di verifica dell'assistenza tecnica, ai

sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023, Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Gianluca Marocco – Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica;

Stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di disporre dell'attrezzatura in oggetto, per l'attività clinica della Struttura interessata.

DETERMINA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio

Spett.Le

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SANTI ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO

VIA VENEZIA, 16

15100 ALESSANDRIA

Data: 27 gennaio 2026

Ns.Rif: IT260127.102052

Vs.Rif: ID SINTEL 213098861

OFFERTA ECONOMICA

Dettaglio configurazioni e descrizioni

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N.36 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI ECOGRAFI, OCCORRENTI ALLA RADIOLOGIA DEL PRESIDIO CIVILE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA - CIG BA084EA3AF

Composizione Offerta Generale:

a) N.2 ECOGRAFI CANON modello Aplio a, con 4 sonde, con la seguente dotazione:

Descrizione	Q	Prezzo offerto IVA esclusa	Prezzo di listino IVA esclusa
CUS-AA000/5P	1	€ 25.512,46	€ 50.399,96
PVT-475BT	1	€ 3.713,50	€ 7.336,03
PLT-705BT	1	€ 3.023,86	€ 5.973,64
PLT-1005BT	1	€ 3.562,10	€ 7.036,94
PST-25BT	1	€ 3.713,50	€ 7.336,03
USHI-AA550A/EL	1	€ 1.317,73	€ 2.603,18
USPS-AA000A/EL	1	€ 426,03	€ 841,63
USAO-AA000A/EL	1	€ 1.989,38	€ 3.930,02
UP-D898MD	1	€ 387,09	€ 764,69
Prezzo per n. 1 sistema	-	€ 43.645,65	€ 86.222,12
a) Prezzo totale per n. 2 sistemi	-	€ 87.291,30	-

b) N.1 ECOGRAFO CANON modello Aplio a, con 5 sonde, con la seguente dotazione:

Descrizione	Q	Prezzo offerto IVA esclusa	Prezzo di listino IVA esclusa
CUS-AA000/5P	1	€ 25.512,46	€ 50.399,96
PVT-475BT	1	€ 3.713,50	€ 7.336,03
PLT-705BT	1	€ 3.023,86	€ 5.973,64
PLT-1005BT	1	€ 3.562,10	€ 7.036,94
PLT-1204BT	1	€ 3.750,59	€ 7.409,31
PVT-781VTE	1	€ 2.156,17	€ 4.259,53
USHI-AA550A/EL	1	€ 1.317,73	€ 2.603,18
USPS-AA000A/EL	1	€ 426,03	€ 841,63
USAO-AA000A/EL	1	€ 1.989,38	€ 3.930,02
UP-D898MD	1	€ 387,09	€ 764,69
b) Prezzo per sistema offerto	-	€ 45.838,91	€ 90.554,93

PREZZO TOTALE OFFERTO (a+b)	€ 133.130,21
------------------------------------	---------------------

Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 160,00

Oneri di sicurezza inerenti le attività di questa impresa, compresi nel prezzo totale offerto, pari ad € 73,73 + I.V.A.

I COSTI DELLA MANODOPERA SONO PARI A € 2.821,77

N.2 ECOGRAFI CANON modello Aplio a, con 4 sonde

Modello	Quantità
CUS-AA000/5P Codice CND: Z11040104 Codice RDM: 2494250 APLIO A CUS-A000 Piattaforma ecografica Top Premium Class della nuova serie AA - comprendente le nuovissime tecnologie "A" High-Density BeamForming, iStyle+, advanced ergonomics concept, Advanced real-time applications ed HighDensity Rendering Engine-Moduli avanzati inclusi nel sistema: ApliPure Plus, Precision Imaging, Differential THI,Trapezoid Scan, Advanced Dynamic Flow, ApliPure, THI, QuickScan, Auto IMT,BEAM, TDI, Vascularity Index, Dicom Full standard,Smart3D e TSO. - Monitor TFT di tipo Led Medical Grade completamente orientabile. - Pannello operativo programmabile e regolabile. - Touch Command Screen interattivo a colori in tecnologia TFT da 12.1" totalmente programmabile sia per funzioni che per layout. - WorkFlow Preset per l'ottimizzazione con un tasto dei parametri di scansione con filosofia iSeries. -Sistema software per il controllo e la gestione degli accessi ai dati sensibili dei pazienti - Masterizzatore di DVD/CD-R integrato, nei formati DICOM e/o Windows con Dicom Viewer - Porte USB di tipo v3.0, dati analogici e digitali, I/O,porte eth, WIFI. Pacchetto remoto SSL (InnerVision) - Sistema di On Board Reporting MODULI APPLICATIVI: Disponibili preset per ogni distretto applicativo ad accesso rapido- Software di misurazione completo per tutte le applicazioni possibili- Software di misurazione automatica della traccia Doppler FFT.- Funzione di duplex. triplexMode e TwinView- Protezione da Virus e malware con metodo di whitelist Inclusi manuali di utilizzo, cavi ed accessori dedicati all'installazione e messa in funzione del sistema. I SOTTO ELENCATI COMPONENTI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA REGISTRAZIONE DELL'UNITA' PRINCIPALE, SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO	1
USAO-AA000A/EL ADVANCED SOFTWARE KIT per potenziare le funzioni di Aplio a	1
USPS-AA000A/EL Kit 4 connettore per aplio a	1
USHI-AA550A/EL Contrast Harmonic Imaging package Modulo avanzato per l'esecuzione di esami con mezzi di contrasto e relative abilitazioni di Frequenze H dedicate all'armonica di contrasto. Incluse le tecniche contrasto specifiche Contrast Harmonic Imaging, Vascular Recognition Imaging, Parametric MFI, Micro Flow Imaging grazie all'impiego della tecnologia IS: Image Stabilizer.	1

Modello	Quantità
PVT-475BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1776021 Nuova sonda convex 8C1 in tecnologia esclusiva XBT multifrequenza e multibanda con range operativo centrale da 1 a 8 MHz con ridotto footprint e ridotta sezione del piano di elevazione.	1
PLT-705BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1676281 Sonda in tecnologia XBT eXtended Broad Band lineare/obliqua multifrequenza e larga banda con frequenze selezionabili da 3 a 11 MHz per applicazioni vascolari, muscoloscheletriche e su distretti superficiali.	1
PLT-1005BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1676215 Sonda lineare in tecnologia XBT (eXtended Broad Band) larga banda e multifrequenza, frequenze selezionabili da 5 a 14 MHz multifocus in modalità HighFrame, per applicazioni tiroidee, senologiche, parti molli, muscoloscheletriche e vascolari ad ampio FOV.	1
PST-25BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 35149/R Sonda in tecnologia XBT (eXtended Broad Band) phased array multifrequenza e larga banda per applicazioni cardiologiche, imaging coronarico, transcraniche, ecocontrasto.	1
UP-D898MD Codice CND: Z110706 Codice RDM: 1153492 Stampante Medicale sony USB BW	1

N.1 ECOGRAFO CANON modello Aplio a, con 5 sonde

Modello	Quantità
---------	----------

CUS-AA000/5P

1

Codice CND: Z11040104

Codice RDM: 2494250

APLIO A CUS-A000

Piattaforma ecografica Top Premium Class della nuova serie AA - comprendente le nuovissime tecnologie "A" High-Density BeamForming, iStyle+, advanced ergonomics concept, Advanced real-time applications ed HighDensity Rendering Engine-Moduli avanzati inclusi nel sistema:

ApliPure Plus, Precision Imaging, Differential THI,Trapezoid Scan, Advanced Dynamic Flow, ApliPure, THI, QuickScan, Auto IMT,BEAM, TDI, Vascularity Index, Dicom Full standard,Smart3D e TSO. - Monitor TFT di tipo Led Medical Grade completamente orientabile. - Pannello operativo programmabile e regolabile. - Touch Command Screen interattivo a colori in tecnologia TFT da 12.1" totalmente programmabile sia per funzioni che per layout. - WorkFlow Preset per l'ottimizzazione con un tasto dei parametri di scansione con filosofia iSeries. -Sistema software per il controllo e la gestione degli accessi ai dati sensibili dei pazienti - Masterizzatore di DVD/CD-R integrato, nei formati DICOM e/o Windows con Dicom Viewer - Porte USB di tipo v3.0, dati analogici e digitali, I/O,porte eth, WIFI. Pacchetto remoto SSL (InnerVision) - Sistema di On Board Reporting MODULI APPLICATIVI: Disponibili preset per ogni distretto applicativo ad accesso rapido- Software di misurazione completo per tutte le applicazioni possibili- Software di misurazione automatica della traccia Doppler FFT.- Funzione di duplex. triplexMode e TwinView- Protezione da Virus e malware con metodo di whitelist

Inclusi manuali di utilizzo, cavi ed accessori dedicati all'installazione e messa in funzione del sistema.

I SOTTO ELENCATI COMPONENTI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA REGISTRAZIONE **DELL'UNITA' PRINCIPALE**, SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO

USAO-AA000A/EL

1

ADVANCED SOFTWARE KIT per potenziare le funzioni di Aplio a

USPS-AA000A/EL

1

Kit 4 connettore per aplio a

USHI-AA550A/EL

1

Contrast Harmonic Imaging package

Modulo avanzato per l'esecuzione di esami con mezzi di contrasto e relative abilitazioni di Frequenze H dedicate all'armonica di contrasto. Incluse le tecniche contrasto specifiche Contrast Harmonic Imaging, Vascular Recognition Imaging, Parametric MFI, Micro Flow Imaging grazie all'impiego della tecnologia IS: Image Stabilizer.

Modello	Quantità
PVT-475BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1776021 Nuova sonda convex 8C1 in tecnologia esclusiva XBT multifrequenza e multibanda con range operativo centrale da 1 a 8 MHz con ridotto footprint e ridotta sezione del piano di elevazione.	1
PVT-781VTE Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1701872 Sonda endocavitaria end fire in tecnologia XBT (eXtended Broad Band) multifrequenza con frequenze selezionabili da 3 a 11 MHz multifocus in modalità HighFrame, per applicazioni transrettali ed endovaginali con FOV intorno ai 180°.	1
PLT-705BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1676281 Sonda in tecnologia XBT eXtended Broad Band lineare/obliqua multifrequenza e larga banda con frequenze selezionabili da 3 a 11 MHz per applicazioni vascolari, muscoloscheletriche e su distretti superficiali.	1
PLT-1005BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1676215 Sonda lineare in tecnologia XBT (eXtended Broad Band) larga banda e multifrequenza, frequenze selezionabili da 5 a 14 MHz multifocus in modalità HighFrame, per applicazioni tiroidee, senologiche, parti molli, muscoloscheletriche e vascolari ad ampio FOV.	1
PLT-1204BT Codice CND: Z1104018001 Codice RDM: 1676220/R* Sonda lineare in tecnologia XBT (eXtended Broad Band) larga banda e multifrequenza, con frequenze selezionabili da 7 a 18 MHz, per applicazioni tiroidee, senologiche, parti molli, muscoloscheletriche,vascolari.	1
UP-D898MD Codice CND: Z110706 Codice RDM: 1153492 Stampante Medica sony USB BW	1

Condizioni di fornitura**Merce resa franco**

RADIOLOGIA DEL PRESIDIO CIVILE DELL'AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA

I.V.A.

Alla fornitura verrà applicata l'aliquota IVA prevista a norma di legge al momento della fatturazione. Attualmente pari al 5%.

Modalità di pagamento

60 giorni data ricezione fattura e collaudo positivo

RIFERIMENTI ID NSO

CANALE RICEZIONE: INTERMEDIARIO PEPPOL ACCESS POINT

CODICE IDENTIFICATIVO: **0211:IT00897041000**

PEC: cmsi.italy@legalmail.it

RAGIONE SOCIALE: CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. A SOCIO UNICO

PIVA: 00897041000

CF: 00452440589

Montaggio e collaudo

A carico di Canon Medical Systems S.r.l.

Imballaggio, trasporto e assicurazione

A carico di Canon Medical Systems S.r.l.

Modalità di Consegna

Il più celere possibile, non meno di 8 settimane dal ricevimento dell'ordine NSO.

Garanzia full risk

24 mesi a decorrere dalla data del collaudo.

La garanzia non sarà operativa ed è esclusa nei seguenti casi:

- a) montaggio da parte di persone o Società non autorizzate dalla Canon Medical Systems S.r.l. a Socio Unico;
- b) manomissione dei materiali da parte delle persone o Società non autorizzate dalla Canon Medical Systems S.r.l. a Socio Unico;
- c) cattivo uso, da parte del Cliente, dei suoi rappresentanti e comunque da persone che non abbiano seguito le istruzioni e le raccomandazioni del personale tecnico della Canon Medical Systems S.r.l. a Socio Unico;
- d) danni derivanti da non idonea conservazione dei beni consegnati in attesa di installazione;
- e) danni provocati, da cause o fattori accidentali, ai componenti hardware e/o software;
- f) danni subiti dal materiale e/o dalle apparecchiature in conseguenza di urti o cadute, incluse le sonde ecografiche, non provocate dal personale della Canon Medical Systems S.r.l. a Socio Unico, di caso fortuito, dolo o colpa del Cliente ed eventi catastrofali (scioperi, guerre, allagamenti o calamità naturali etc.);
- g) utilizzo di materiale e/o parti di ricambio non originali, ovvero non conformi alle specifiche tecniche del produttore o a specifiche ambientali o elettriche non idonee ovvero non autorizzate;
- h) messa in funzione dell'apparecchiatura da parte del Cliente e/o di terzi prima del collaudo o in assenza del

collaudo;

i) impiego delle apparecchiature con tensioni dell'alimentazione non idonee alle specifiche fornite; il Cliente dopo la consegna o l'installazione dell'apparecchiatura si assume ogni rischio derivante dalla possibile contaminazione del software da virus esterni. Se collegando le apparecchiature ad una rete esterna o in qualsivoglia altro modo di consentire alla stessa di essere aggredita da virus informatici, la parte acquirente decade dal diritto di garanzia, di manutenzione e di assistenza nei confronti della Canon Medical Systems S.r.l. a Socio Unico e si assume tutti gli oneri nessuno escluso, per il ripristino delle funzionalità della apparecchiatura, ove possibile. La Parte acquirente e il Cliente è colui che utilizza o gestisce l'apparecchiatura a qualsivoglia titolo.

j) mancato rispetto di quanto previsto nei manuali d'uso del fabbricante e nelle istruzioni di lavoro fornite dalla Canon Medical Systems S.r.l. a Socio Unico anche in relazione all'esecuzione della registrazione delle operazioni giornaliere di routine ivi previste sulle apparecchiature;

Durante il periodo di garanzia, la Canon avrà pieno accesso all'apparecchiatura per eseguire verifiche e rettifiche di eventuali disfunzioni, ad intervalli non eccedenti tre mesi.

Tutti i componenti sostituiti restano di proprietà della Canon e dovranno quindi essere restituiti dopo le operazioni di ripristino della funzionalità del sistema.

Non potrà mai essere imputata alla Canon Medical Systems S.r.l. a Socio Unico alcuna responsabilità per danni subiti dal cliente per il tempo necessario al ripristino delle apparecchiature. Il Cliente acconsente a che il personale Canon Medical Systems S.r.l. autorizzato alle attività di manutenzione preventiva e correttiva, in caso di guasto di particolare complessità delle apparecchiature elettromedicali oggetto di intervento, crei copie anonimizzate dei dati presenti sul sistema e le trasmetta interamente alla Società ed al Fabbricante.

Validità

180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della presente offerta.

Avvertenze ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016 (Regolamento Privacy)

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. a Socio Unico, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, dichiara di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente domanda e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. si impegna, nell'esecuzione della presente domanda e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR'), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati. In adempimento degli obblighi derivanti dalla presente domanda, i dati personali possono essere comunicati a propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori oltre che a Società del gruppo e conservati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti.

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) E BATTERIE

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. a Socio Unico, con sede in Roma, Via Carlo Veneziani 58, dichiara di ottemperare a:

tutte le disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE) recepita dal D.lgs 49/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi e per l'effetto, dell'art. 24 comma 1 e 2 del D.Lgs. 49/2014, la CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. provvederà al ritiro delle apparecchiature medicali, previa richiesta e dichiarazione di fuori uso da parte del cliente, ed al trattamento, di recupero e smaltimento delle stesse

Alle disposizioni della Direttiva 2006/66/CE Batteries, recepita dal D.Lgs. 188/08 e successive modificazioni ed

integrazioni.

RISPETTO DISPOSIZIONI D.LGS 231/2001

CANON MEDICAL SYSTEMS S.r.l. a Socio Unico opera nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, seguendo il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e non avalla comportamenti contrari alle disposizioni ivi previste. Il Cliente prende atto e si obbliga a rispettare detta normativa ed ogni eventuale comportamento contrario legittimerà la CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

SEDE AMMINISTRATIVA E DOMICILIO LEGALE: VIA CARLO VENEZIANI 58 - 00148 ROMA

C. FISCALE: 00452440589 - P. IVA: 00897041000

Amministratore Delegato/Presidente

Leonardo Forzoni

(documento firmato digitalmente)

Aplio a



Canon ha introdotto una nuova famiglia di sistemi a ultrasuoni di fascia alta, la serie Aplio a. Aplio a è il sistema più flessibile della serie e può essere scalato con tutte le opzioni disponibili. Questo sistema di fascia alta con qualità d'immagine premium per l'uso quotidiano si basa sulla tecnologia iBeam migrata dalla serie Aplio i. Fornisce scalabilità per adattare il sistema alle diverse esigenze dei diversi reparti e offre un'ampia gamma di tecnologie e applicazioni di imaging per soddisfare le esigenze quotidiane avanzate e di routine. Aplio a ha un flusso di lavoro intuitivo e un design ergonomico che massimizza la produttività e portata. È un sistema flessibile, affidabile e robusto con un ingombro ridotto per soddisfare le esigenze carico di lavoro di un ospedale o di una clinica.

Advanced. Seamless. Integrated. Descrive perfettamente il concetto del nuovo sistema. Oltre alle nuove tecnologie dei trasduttori, il nuovo nucleo rivoluzionario del sistema è coperto da:

iSense Workflow & Ergonomics.

Con un'interfaccia rivoluzionata per rendere ogni esame il miglior esame possibile nel minor tempo possibile. Flusso di lavoro supportato dalle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale per aiutarti a ottenere risultati migliori, più velocemente.

iPerformance Imaging & clinical applications.

Evoluzione degli strumenti clinici per dare capacità cliniche illimitate al vostro sistema ecografico. Tutto quanto sopra è supportato dalla straordinaria potenza dell'architettura del sistema che consente questi progressi.

Eccellenza clinica

Oltre cinquant'anni di evoluzione interna degli ultrasuoni hanno plasmato la base architettonica della serie Aplio a. La sua piattaforma attentamente progettata è dotata di un'ampia gamma di tecnologie intelligenti di formazione del fascio che cambiano i fondamenti degli ultrasuoni. La tecnologia innovativa dei trasduttori si combina con una straordinaria potenza di elaborazione per eseguire le applicazioni più avanzate che gli ultrasuoni hanno da offrire.

L'architettura rivoluzionaria di Aplio a-series è stata progettata per prepararti alle sfide di oggi e del futuro.

aBeam architecture

Il generatore di raggi aBeam, basato sulla tecnologia iBeam della serie i di Aplio, porta la qualità dell'immagine di Aplio a ad un livello eccezionale. Ha 3 componenti principali, Advanced-Sync Pulser, ricevitore Advanced-Beam e Multi-Harmonics Compounding. La combinazione della nuova tecnologia dei trasduttori con i nuovi trasduttori a banda ultra larga rende il sistema pronto per le sfide cliniche di oggi e di domani.



Always implemented

Le prestazioni di base non saranno mai un'opzione e le funzionalità elencate sono implementate di serie nell'unità principale Aplio a. Il sistema è dotato di un ampio monitor LCD da 23 pollici, integrato DVD drive, Precision Imaging, Tissue specific Imaging, Differential THI, Aplipure+, Trapezoid Scan, Real Time Quick Scan, Advanced Dynamic Flow™ (ADF), Smart 3D, Software full keyboard, Vascularity Index and BEAM. Inoltre, la libreria completa di funzioni DICOM è standard nel sistema.

Ergonomia

Il flusso di lavoro rivoluzionato include un ampio schermo di comando touch da 12,1" con controlli intuitivi. Il pannello stesso è stato progettato pensando ai movimenti di movimentazione più efficienti. È stata ottenuta una riduzione di oltre il 33% del movimento della mano sul pannello e una riduzione del 54% dei tasti hardware del pannello*. Il braccio flessibile su cui sia il pannello che il monitor possono essere posizionati in modo indipendente, ha un range di altezza di 36 cm, con la sua posizione più alta a 99 cm. Una rotazione di 80 gradi sul raggio d'azione del pannello offre la massima opportunità di ridurre l'affaticamento dell'utente durante la scansione. Le porte dei connettori sono illuminate e le porte attive sono facili da identificare. Lo schermo di comando touch può essere utilizzato scorrendo il dito in orizzontale o in verticale e visualizza in modo permanente i trasduttori collegati e attivi.

*Compared to Canon's Aplio 500 system.

Immagini, Report e Archiviazione

L'Aplio a-series a viene fornito con un ampio sistema di gestione delle immagini integrato per una facile revisione, analisi, reporting e archiviazione dei dati acquisiti. L'Aplio a può essere facilmente integrato in ogni rete DICOM. La libreria di gestione delle immagini e dei dati degli ultrasuoni DICOM è parte standard del sistema. Il trasferimento su una cartella di rete condivisa o su un PC collegato, USB o CD/DVD è disponibile in DICOM e negli standard PC. Le misurazioni possono essere esportate verso sistemi di reporting esterni come desiderato. L'Aplio a dispone di un sistema di reporting integrato per report progettati per molte applicazioni diverse. È disponibile una gamma di stampanti e registratori medicali aggiuntivi per un'ulteriore documentazione dei dati. Tramite un'interfaccia digitale è possibile collegare ulteriori dispositivi come monitor aggiuntivi.

Visto di copertura finanziaria per acquisti cespiti

Per la quota parte in conto capitale si attesta copertura con FSC di cui alla DD
879/A1400B/2025 del 23.12.2025.

Il Direttore SC Contabilità e Patrimonio
(dr.ssa Delfina Legora)